ダスト濃度計ご購入計画の照会事項

概要	1.使用目的	□公害の未然防止　□バグフィルタ破損検知 □大気汚染防止法に基づく排出基準の監視　□その他＿＿＿＿＿＿
	2.設置設備	□一般ボイラ　□発電ボイラ　□焼却炉（□一般ゴミ　□産廃　□汚泥） □その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	3.ダスト発生源	□石炭　□重油（＿種）　□ＬＮＧ　□バイオマス（＿＿＿＿） □その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	4.集塵設備	□電気集塵機　□バグフィルタ　□その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	5.計測場所	□集塵機出口　□煙突入口　□煙突　□その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	6.設置箇所	□丸ダクト（直径　　φ）　□角ダクト（幅　　mm × 高　　mm）
仕様	7.測定方式	□光透過式　□光散乱式　□その他＿＿＿＿＿＿＿＿
	8.測定レンジ	□オパシティ（０～１００％） □ダスト濃度（０～□５０ □１００ □２００ □５００mg/m³N）
	9.取合信号	□ＤＣ４－２０ｍＡ(絶縁)　□その他＿＿＿＿＿＿＿＿
	10.接点出力	□点検中　□センサ異常　□濃度高(OPTION)　□電源断(OPTION) □その他＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
	11.設置場所	検出器：□屋外　□屋内　□防爆エリア 変換器：□屋外　□屋内
	12.検知部取合	フランジ：□JIS5K50A･FF　□JIS10K50A･FF　□JIS10K100A･FF □その他（□ANSI/ASME＿＿＿＿＿ □JPI＿＿＿＿＿＿ ） 材　質：□標準(AL)　□SUS304　□SUS316　□その他＿＿＿＿＿
	13.計器電源	電源電圧：□AC100V　□AC110V　□AC200V　□AC220V　□その他＿＿＿ 周波数　：□50HZ　□60Hz　□その他＿＿＿
	14.ﾊﾟｰｼﾞｴｱ源	□計装エア(　～　MPa)　□雑エア　□エア源無し
	15.付属構成	ｴｱﾊﾟｰｼﾞ機器　：□ｴｱﾊﾟｰｼﾞﾕﾆｯﾄ　□ｴｱﾊﾟｰｼﾞﾌﾞﾛｱｰ　□不要(別途手配) 変換器収納盤：□壁掛　□自立　□鋼板　□SUS　□遮熱ﾌｰﾄﾞ　□不要 基準フィルタ：□50%相当品 □25%相当品 □75%相当品 □ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞｼｬｯﾀ
	16.予備品	□試運転予備品　□運転予備消耗品（□１年分　□２年分　□３年分）
	17.銘板	□サービス名称（　　）　□TAG No.（　　）
特記事項		

大東計器株式会社